

6 計量証明検査

計量証明事業に使用する特定計量器（ガラス電極式水素イオン濃度検出器を除く）はその計量器ごとに省令で定められた周期で検査を受けることが義務付けられています。

このうち、環境計量証明事業用の計量証明検査について、令和6年度は大気濃度計及び騒音計の検査を行いました。

(1) 器種別検査実績

実施時期 令和6年4月10日～25日（12日間延べ24名）

種類	検査 事業所数	検査器数	不合格数	手数料(円)
大気濃度計	16	81	16	8,651,200
騒音計	1	41	0	1,529,300
合計	17 (38)	122	16	10,180,500

注：（）内は登録事業者数

(2) 年度別検査実績

区分		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
検査日数		3	12	2	3	12
延べ人数		9	24	4	6	24
事業所数		90	74	13	72	38
検査対象事業所数		71	46	12	71	17
検査事業所数		71	46	12	71	17
検査 件 数	ガラス電極式水素イオン濃度指示計	77	0	0	66	0
	酸素濃度計	ジルコニア式		0	0	20
		磁気式		0	0	19
	非分散型赤外線式濃度計	二酸化硫黄		0	0	1
		窒素酸化物		0	0	0
		一酸化炭素		0	0	18
	化学発光式窒素酸化物濃度計	0	21	0	0	23
	騒音計	精密騒音計		10	38	0
		普通騒音計		47	0	61
	振動レベル計	0	0	44	0	0
合計		134	104	44	140	122
不 合 格 数	ガラス電極式水素イオン濃度指示計	2	0	0	1	0
	酸素濃度計	ジルコニア式		0	0	4
		磁気式		0	0	2
	非分散型赤外線式濃度計	二酸化硫黄		0	0	0
		窒素酸化物		0	0	0
		一酸化炭素		0	0	3
	化学発光式窒素酸化物濃度計	0	0	0	0	3
	騒音計	精密騒音計		0	0	4
		普通騒音計		0	0	1
	振動レベル計	0	0	0	0	0
合計		2	0	0	2	16
手数料額（円）		3,388,000	8,544,600	1,425,600	3,539,400	10,180,500